



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



quany Usutu
Detection and quantification of the Usutu Virus with Real Time PCR

REV ST.RT-20-ENITA.3

REF RT-20 - 48 tests

Instructions For Use

INTRODUCTION AND PURPOSE OF USE

The quany Usutu system is a quantitative test that allows the RNA amplification, by means of Real Time PCR, of 3'UTR region of Usutu Virus (USUV).

The Procedure allows the detection and quantification of the RNA target by means a One-step retro-amplification reaction.

The analysis of the results is made using a Real Time PCR analyzer (thermal cycler integrated with a system for fluorescence detection and a dedicated software).

CONTENT

The kit contains reagents enough to perform 48 amplification tests:

	Quantity	Description
R1	3 x 10 µl	Enzyme mMix Reverse Transcriptase e Taq Polymerase enzymes (Pink Cap)
R2	3 x 270 µl	Usutu probe Mix Upstream primer, downstream primer, Target probe Usutu (VIC), Internal Control (IC) probe (CY5), Nuclease-free water, ROX dNTPs, Tris-HCl, KCl, MgCl ₂ (White Cap)
R3	3 x 35 µl	synthetic RNA corresponding to 3'UTR region of USUV 100.000 cps/µl (Blu Cap)
R4	3 x 35 µl	synthetic RNA corresponding to 3'UTR region of USUV 10.000 cps/µl (Green Cap)
R5	3 x 35 µl	synthetic RNA corresponding to 3'UTR region of USUV 1.000 cps/µl (Yellow Cap)
R6	3 x 35 µl	synthetic RNA corresponding to 3'UTR region of USUV 100 cps/µl (White Cap)
R7	3 x 160 µl	Internal control (phage MS2) (Red Cap)
R8	1 x 50 µl	Negative Control

MATERIALS AND STRUMENTATION REQUIRED BUT NOT SUPPLIED

Disposable latex powder-free gloves or similar material;
 Bench microcentrifuge (12,000 - 14,000 rpm);
 Micropipettes and Sterile tips with aerosol filter;
 Vortex;
 Plastic materials (microplate and optical adhesive cover);
 Heat block (only for extraction)
 EZ1 Advanced XL DSP Virus Card. - Ref. 9018703 - QIAGEN.
 ATL Buffer - Ref. 939016 - QIAGEN.
 2 ml Microtube PP Skirted - Ref. 72.694 - QIAGEN
 QIASymphony plastic materials (Filter Tips, sample prep Cartridges, 8 Rod covers, etc...)

Reagents

The **quany Usutu** kit was developed and validated to be used with the following extraction method:

Manual Extraction

Ref. 52906. *QIAmp Viral RNA Mini Kit*

The kit allows the manual RNA extraction from tested samples. The kit contains reagents for 250 samples. (QIAGEN)

Automatic extraction

Ref. 62724. *EZ1 XL DSP Virus Kit*.

The kit allows the automatic viral RNA from Human samples.

The kit contains reagents for 48 samples. (QIAGEN)

Ref. 937055. *QIASymphony® DSP Virus/Pathogen midi kit*.

The kit allows the automatic viral RNA from Human samples. The kit contains reagents for 96 samples. (QIAGEN)

Instruments

The **quany Usutu** kit was evaluated to be used with the following instruments:

Extraction System

Ref. 9001492. *EZ1 Advanced XL*. Robotic Workstation for the automatic purification of the nucleic acids until 14 samples simultaneously (QIAGEN)

Ref. 9001297 *QIASymphony SP*. Robotic Workstation for the automatic purification of the nucleic acids (QIAGEN).

Real Time PCR

The **quany usutu** kit was evaluated to be used with the following real time PCR instruments:

- 7500 Fast from Lifetechnologies
- Rotor-Gene Q MDx from QIAGEN
- Light Cycler 480 fornito do Roche

Please ensure that the instruments have been installed, calibrated, checked and maintained according to the manufacturer's instruction and recommendations.

SAMPLES

The quany Usutu kit must be used with extracted RNA from biological samples: Serum and Urine. Collected samples must be shipped and stored at +2 - +8°C and used within 3 days from the collected data. Store the sample at -20°C if it is used after 3 days.

PRECAUTIONS FOR USE

- This kit is for in vitro diagnostics (IVD), for professional use only and not for in vivo use.
- Carefully read this Instruction For Use before using the kit.
- If required, Clonit offers the necessary technical support for the correct use of the kit.
- In compliance with Good Laboratory Practice, define three separate laboratory's areas for: RNA extraction, PCR reaction mix preparation; manipulation of controls provided with the kit. Each area must have dedicated pipettes and laminar flow hood.
- Periodically wipe the working area with 0,5% hypochlorite.
- Wear protective clothing such as laboratory coats and disposable gloves while assaying samples.
- Use powder-free gloves. Do not leave fingerprints on optical caps. Do not write on caps as this may cause an interference with fluorescent detection.
- Avoid any contact between hands and eyes or nose during specimen collection and testing.
- Materials containing or potentially containing infectious agents must always be manipulated in a separated microbiological safety room under a Biohazard biological hood. Waste should be discarded according to local law.
- Never pipette solutions by mouth.
- Use calibrated and regularly checked pipettes and instrumentation only.
- Avoid the air bubbles during the master mix dispensing. Eliminate them before starting amplification.
- Wash hands carefully after handling samples and reagents.
- Do not eat, drink or smoke in the area where specimens and kit reagents are handled.
- Provided reagents are not infectious and hazardous for the health (see Material Safety data Sheet – MSDS).

LIMITS OF THE METHOD

The extreme sensitivity of gene amplification may cause false positives due to cross-contamination between samples and/or controls. Therefore, you should:

- physically separate all the products and reagents used for amplification reactions from those used for other reactions, as well as from post-amplification products
- use tips with filters to prevent cross-contamination between samples
- use disposable gloves and change them frequently
- carefully open test tubes to prevent aerosol formation
- close every test tube before opening another one

As with any diagnostic device, the results obtained with this product must be interpreted taking into consideration all the clinical data and other laboratory tests available for the patient

As with any diagnostic device, with this product there is a residual risk of obtaining invalid, false positives or false negatives results.

Patient Drug treatment may interfere with the final result of the molecular biology analysis.

The proper functioning of the amplification mix depends on the correct collection, correct transportation, correct storage and correct preparation of a biological sample.

WARNINGS

- Read carefully the instructions for use before using this test.
- Use only extracted RNA from Serum and/or Urine
- Do not mix reagents from different lots.
- Thaw and carefully mix the reagents of the kit before use.
- The PCR mix has to be freshly prepared every time.

After reconstitution, the amplification master mix must be used in one time (16 reactions). Repeat thawing and freezing of reagents (more than twice) should be avoided, as this might affect the performance of the assay. The individual reagents should be frozen in aliquots, if they are to be used intermittently.

- Do not use beyond the expiration date which appears on the package label.
- Do not use the product when stored at temperatures other than those indicated on the labels or described in this Instructions For Use.
- In case of spillage of the kit contents, please refer to the specific Material Safety Data Sheet (MSDS, available on request).
- In case of damaged package, contact the technical support before using the kit.
- In case of any serious incident that has occurred in relation to the device, a notice shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

STORAGE AND STABILITY

Store the product quantity Usutu at -20°C .

The quantity Usutu kit is shipped on dry ice. The kit components should be frozen.

If one or more components are not frozen upon receipt or if the tubes have been compromised during transport, contact Clonit srl for assistance.

An intact and well stored product has a stability of 12 months from the date of production. Do not use beyond the expiration date which appears on the package label.

Repeated thawing and freezing of reagents (more than twice) should be avoided, as this might affect the performance of the assay. The individual reagents should be frozen in aliquots, if they are to be used intermittently.

ANALYTICAL PROCEDURE

Manual Extraction

Ref. 52906. *QIAmp Viral RNA Mini Kit*

Procedure to Serum and Urine

Required volume per sample: 200 μl

Follow the instructions inside the kit *QIAmp Viral RNA Mini Kit*.

After the incubation period for 10 min at room temperature, add 5 μl of *Internal Control*

Follow the instructions inside the kit

Elute the sample in 45 μl of buffer AVE.

Samples are now ready for amplification or storage at -80°C

Automatic extraction

Ref. 62724. *EZ1 XL DSP Virus Kit*

Procedure to Serum

Follow the instructions inside the kit *EZ1 XL DSP Virus Kit*.

Volume of sample to be used:

Serum [μl]
200

Preparation of the Carrier and the Internal Control

Solve completely the lyophilize RNA carrier in elution buffer (AVE), from 310 µl, split in aliquots and store to $-20 \pm 5^{\circ}\text{C}$. Not thawing and freezing the aliquots more than 2 times. For each analyzed sample, dilute 3,6 µl of a original solution include the RNA Carrier and 10 µl of *Internal Control* in total volume of 60 µl using elution buffer (AVE). Select the protocol starting from 200 µl of samples with the elution of 60 µl. Follow the instructions inside the kit *EZ1 XL DSP Virus Kit*. Samples are now ready for amplification or storage at -80°C

Procedure to Urine

Follow the instructions inside the kit *EZ1 XL DSP Virus Kit*.

Volume of sample to be used:

Urine [µl]	ATL [µl]	Final volume samples [µl]
300	100	400

Preparation of the Carrier and the Internal Control

Solve completely the lyophilize RNA carrier in elution buffer (AVE), from 310 µl, split in aliquots and store to $-20 \pm 5^{\circ}\text{C}$. Not thawing and freezing the aliquots more than 2 times. For each analyzed sample, dilute 3,6 µl of a original solution include the RNA Carrier and 10 µl of *Internal Control* in total volume of 60 µl using elution buffer (AVE). Select the protocol starting from 400 µl of samples with the elution of 60 µl. Follow the instructions inside the kit *EZ1 XL DSP Virus Kit*. Samples are now ready for amplification or storage at -80°C

Automatic Extraction

Ref.937055. *QIASymphony® DSP Virus/Pathogen midi kit*.

Procedure to Serum and Urine

Follow the instructions inside the kit *QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi*. Use this volume of sample with 2 ml Microtube PP Skirted:

Serum [µl] (including excess volume)
1200

Select the protocol **Cellfree1000_V7_DSP_default_IC**.

Urine [µl] (including excess volume)
950

Select the protocol **Complex800_V6_DSP_default_IC**.

Preselected elution volume

Preselected elution volume (µl)	Initial elution volume (µl)
60	90

Preparation of the Carrier

To prepare a carrier RNA (CARRIER) stock solution, add 1350 µl Buffer AVE (AVE) (provided in 2µl vials) to the tube containing 1350 µg lyophilized carrier RNA (CARRIER) to obtain a solution of 1 µg/µl. Dissolve the carrier RNA (CARRIER) divide it into conveniently sized aliquots, and store at $2-8^{\circ}\text{C}$ for up to 2 weeks.

Addition of the internal control to the samples

For each Serum samples, 10µl internal controls must be added with carrier RNA (CARRIER)-Buffer AVE (AVE) mixture, and the total volume of the internal control-carrier RNA (CARRIER)-Buffer AVE (AVE) mixture remains 120 µl.

elution volume (µl)	RNA CARRIER (µl)	internal control (µl)	Buffer AVE (µl)	Final volume per sample (µl)
60	4.5	10	105,5	120

For each Urine samples, 10µl internal controls must be added with carrier RNA (CARRIER)-Buffer AVE (AVE) mixture, and the total volume of the internal control-carrier RNA (CARRIER)-Buffer AVE (AVE) mixture remains 120 µl.

elution volume (µl)	RNA CARRIER (µl)	internal control (µl)	Buffer AVE (µl)	Final volume per sample (µl)
60	2.5	10	107,5	120

The internal control will be added to the sample automatically by the instrument.

SOFTWARE SETTING

Lifetechnologies 7500 fast

Turn the instrument and the computer on and open the control software. Click on "**Advance Setup**": by default the software will shows the page "**experiment properties**". Write in the "**experiment name**" the file name, choose the type of instrument (**7500 o 7500fast**), the type of reaction (**quantitation standard curve**), the type of used reagent (**Taqman®Reagents**) and the reaction time of analysis (**Standard ≈ 2 hours to complete a run**). Open the page named "**page setup**" (sheet **Define Target and Samples**).

In the window **Define Targets** set:

Target	Reporter	Quencher
Usutu probe:	VIC	MGBNFQ
Internal Control (IC) probe:	CY5	NONE

Set the samples' name in the window "**Define Samples**".

In the same page "**plate setup**" select the sheet "**Assign Target and Samples**". On the screen you will see the microplate draft.

Select an area of the plate where the controls will be placed: select wells of the plate and set targets (Usutu and IC):

Select "**Assign target to selected wells**" in the blank, the "**task Standard (S)**" for Usutu target and set the controls' concentration.

Choose an area in the plate where negative control will be placed: select "**Assign target to selected wells**" in the blank, the "**task Negative (N)**" for the targets. Select an area of the plate where samples will be placed: select the wells and set targets (Usutu and IC). Link every well to a sample, through the window "**Assign samples to selected wells**". For each sample, select in the blank "**Assign targets to selected wells**" the "**task Unknown (U)**" for the targets. Set ROX as passive reference, using it as normalizer of detecting fluorescence.

Open "**Run Method**" (sheet **Graphic View**) and set the right thermal cycling with the "collect data" in annealing phase:

cycles	denaturation	annealing	extension
1	50° C 40 min		
1	95° C 2 min		
45	95° C 15 sec	58° C 45 sec	72° C 15 sec

In the window "**Reaction volume plate per well**" set a volume of 30 µl.

After preparing the plate, and correctly inserting it in the instrument, press the button "**Start Run**".

Rotor Gene Q MDx

The experiments can be set using the **Quick Start Wizard** or the **Advanced Wizard**, which appears when the software is started.

Select the wizard "**Advanced**". As a first step, select the model "**Two Step Reaction**" with a double click in the "**New Run**".

In the next window, select the type of rotor installed on the instrument from the list that appears. Check the "**Locking Ring Attached**", check the checkbox and then click "**Next**". Enter the name of the operator and the reaction volume of 30 µl, and then click "**Next**".

In the next window click on "**edit profile**". Set the following thermal cycle:

cycles	denaturation	annealing	extension
1	50° C 40 min		
1	95° C 2 min		
45	95° C 15 sec	58° C 45 sec	72° C 15 sec

Select the annealing from the thermal profile and click on "**Acquiring A to cycling**".

In the next window, select yellow and red from the available channels and add it to acquiring channel along with the green channel and click "**OK**". In the next window click on "**OK**" and then click "**Next**".

Click on "Edit Gain" button and set the following values for each channel:

Reporter	Gain
Yellow	5
Red	5

To begin the course, click on the button "**Start Run**". You can save the model before you begin your run by clicking on "**Save Template**". After clicking on the button "**Start Run**" window appears "**Save As**". The stroke can be saved in the desired position by the user. Once the run started, the window "**Edit Samples**" allows you to set the name of samples and controls in the positions in which they were loaded on the instrument. Select the locations where they were positioned the controls of known concentration and designate them as USUV Standard. Clicking on the box next to "**Type**" correspondent, in the dropdown menu "**Samples**" you can select the type of sample being analyzed. Select "**Standards**". Enter the concentrations of the controls. Select the location where you placed the Negative Control and name it as Negative Control. Clicking on the box next to "**Type**" correspondent, in the dropdown menu "**Samples**" you can select the type of sample being analyzed. Select "**Negative Controls**". Select the location of each sample and enter the name or code of the patient. Clicking on the box next to "**Type**" correspondent, in the dropdown menu "**Samples**" you can select the type of sample being analyzed. Select "**Unknown**". At the end of the operation click "**OK**" in the "**edit samples**" and wait until the end of the race for the analysis (see "**Interpretation of Results**").

LightCycler 480

Turn the instrument and the computer on and start the control software. In the principal screen, on "**Experiment Creation**" select the "**Plate type**" and push the "**New experiment**" button. The window "experiment" appears. On the "Run protocol" sheet set: Thermal protocol, Reaction volume (30µl) and Detection format (**dual colour hydrolysis probe**),

Customize the Detection format in Dynamic mode, with the following reading channels:

Filter Combination
VIC / HEX / Yellow555 (533-580)
Cy 5 / Cy 5.5 (618-660)

Set the following thermal profile, with signal acquisition in the annealing phase

cycles	denaturation	annealing	extension
1	50° C 40 min		
1	95° C 2 min		
45	95° C 15 sec	58° C 45 sec	72° C 15 sec

Push the "**Subset editor**" button and in this window, select an area of the plate where controls and samples will be placed.

Push the "**Sample editor**" button. Select the correct workflow (Step1: **Abs quantification**), choose the samples Subset created in the step before and insert the name for each well. Choose the correct type for each well: Positive CTR, Negative CTR or Unknown sample. Push again the "**experiment button**", insert the plate in the instrument and push "**start run**".

PREPARATION OF THE REACTIONS:

Thaw a tube of **Enzyme mMix**;

Thaw a tube of **Usutu probes Mix**;

For a total number of tests other than 16, prepare a mixture for n + 1 tests, following the volumes shown in the table:

Reagent	Description	Volume for single test (µl)
R1 -	Enzyme mMix	0,5
R2	Usutu probes Mix	14,5

Mix carefully by vortex **9µl** of **Enzyme mMix** and **260µl** of **Usutu probes Mix** (the mix as produced is enough to prepare **16 reactions** of amplification: **5 positive controls, 1 negative control and 10 samples**).

Distribute, in the amplification plate, **15µl** of **just reconstituted mix** in chosen positions as already set on the instrument software.

Distribute, in the negative control position, **15 µl** of solution taken by the negative control vial.

Distribute, in chosen position for each sample, **15 µl** of corresponding sample.

Distribute, in chosen positions for the positive controls, **15µl** of **10² copies/µl, 10³ copies/µl, 10⁴ copies/µl and 10⁵ copies/µl** and the Usutu positive control.

Seal up accurately the plate using an optical adhesive film and verify that there aren't air bubbles in the mix, to avoid the amplification interferences. For the Rotor-Gene Q MDx, seal each tube with the appropriate cap. The air bubbles presence is not influent; the rotor centrifugal force will allow automatic deletion. Transfer the plate in the instrument and push the button "**Start Run**".

QUANTITATIVE ANALYSIS

Lifetechnologies 7500 Fast

At the end of the PCR run, the software automatically opens the "**Analysis**" window in the "**Amplification plot**" sheet on the menu on the left. Select the wells corresponding to the positive control, negative control and samples for analysis. Select in the "**Option**" window inside the "**Target**" pop-up menu the **Usutu target**. Check the correct setting of the threshold. Select in the "**Option**" window inside the "**Target**" pop-up menu the **IC Control target**. Check the correct setting of the threshold. The analysis of the results is made selecting from the menu in the left the page "**Analysis**". From the page "**Standard Curve**", maintaining open the sheet "**view well plate**" in the right side of the software select the wells containing the points of the curve and verify the parameters described in the paragraph "**Interpretation of the Results**" (coefficient of correlation, slope ecc...). From the page "**Amplification Plot**" verify the amplification plot for every single sample. Opening the sheet "**view well table**" in the right side of the software it is possible to verify the data obtained from experiments: Threshold Cycles, emitted fluorescence and the target quantification expressed in copies/reaction or copies/ml, depending on the settings of the calibration curve. Clicking from the menu file and selecting the box export, the window "**export properties**" will open. Indicate the file name, select the position to save it (**Browse**) and click on button "**Start export**". In this way the software will permit to save a excel file with all the data corresponding to selected experiment.

Rotor Gene-Q MDx

At the end of the PCR run open the "Analysis" window. Select the "Quantification" sheet and click on "cycling A (yellow)". Eliminate the first 10 amplification cycles from the analysis by selecting the "Ignore First" button and setting the value 10. Check the correct setting of the threshold in the space provided "CT calculation – Threshold" and delete the first 10 cycles from the interpolation of the Threshold by entering the value 10 in the "Eliminate Cycles Before" box. Select from the menu "Dynamic Tube" and subsequently "Slope correct". If necessary, reduce the background noise of non-specific signals by selecting the "Outlier Removal" option and entering a value between 5% and 30%. Repeat the steps above for each of the fluorescence channels "cycling A (red)". You can print a report of the analysis by clicking on the "Report" window and selecting the file in the first Quantification cycling A (yellow) and then the file cycling A (red).

LightCycler 480

When the run is completed select analysis and choose the correct kind of analysis you want: "Abs Quant/Fit Points". Choose the samples subset you want to analyze. Select the "NoiseBand" sheet, under the plot you can choose "NoiseBand (Fluoresc.)"; and move the line of the NoiseBand on the plot with the mouse of your PC. Repeat this action for each fluorophore using the "Filter comb" button. Clicking the sheet "Analysis" you can set the threshold choosing the option "Threshold(manual)". After setting parameters push the "Calculate" button. Repeat this action for each fluorophore.

INTERPRETATION OF RESULTS

Through the Real Time PCR reaction, it is possible to obtain the RNA quantification of Usutu RNA, by setting the values of the positive controls of the calibration curve. To calculate these values, all the dilutions steps that the sample has undergone during the extraction and amplification stages must be considered.

The system is able to detect from 1,500,000 to about 15 RNA copies per reaction. The Ct values obtained from the amplification of 4 controls of known titre are used by the software for the calculation of the calibration curve from which the unknown samples are interpolated.

A proper functioning of the amplification mix can be verified analyzing these parameters:

Parameters	Reference
RTS conc. 10 ⁵ copie/μl (VIC)	Ct ≤ 25
Correlation Coefficients	0.990 ≤ r ² ≤ 1
Slope	-3,6 ≤ Slope ≤ -3.1
PCR Efficiency	90 ≤ Efficiency ≤ 110

If the RTS amplification reaction at a concentration of 10⁵ copies produces a Ct > 25 or undetermined the session can't be considered valid and must be repeated. Verify that the correlation coefficient value (r²), the slope or the reaction efficiency fit to the limited indicated in the above table or do not deviate much from them, which represent the ideal range for a proper PCR reaction. By correctly setting the standards concentration as a function of the extraction system you can get the quantization of the sample directly in copies / ml:

	Manual Extraction Ref. 52906. QIAmp Viral RNA Mini Kit	Automatic Extraction Ref. 6272 EZ1 XL DSP Virus Kit		Automatic Extraction Ref. 937055 QIAasymphony® DSP Virus/Pathogen midi kit		Alternative Extraction
	copies/ml	Serum copies/ml	Urine copies/ml	Serum copies/ml	Urine copies/ml	copies/reaz
RTS 1	22.500.000	30.000.000	20.000.000	9.000.000	11.250.000	1.500.000
RTS 2	2.250.000	3.000.000	20.000.000	900.000	1.125.000	150.000
RTS 3	225.000	300.000	20.000.000	90.000	112.500	15.000
RTS 4	22.500	30.000	20.000.000	9.000	11.250	1.500

When alternative systems are used sample concentration expressed in copies/ml will be obtained using the formula:

$$copie/ml = \frac{1000}{V_e} \times \frac{E_v}{E_a} \times C_{reaz}$$

where:

- **Ve**: extracted sample Volume expressed in μl
- **Ev**: eluted sample Volume during extraction stage expressed in μl
- **Ea**: extracted sample volume used for amplification expressed in μl
- **C_{reaz}**: copies provided by the instrument.

As with any diagnostic device, with this product there is a residual risk of obtaining invalid, false positives or false negatives results. The use of positive and negative controls in each amplification session allow to verify the correct functioning of the amplification mix and the absence of any contamination. In the amplification reaction of each sample, the Ct values for the internal control specific probe are used to validate the analysis session, from extraction process until detection step. In the amplification reaction of each sample, the Ct values for the internal control specific probe are used to validate the analysis session, from reverse transcription process until detection step. Be sure that emitted fluorescence from internal control amplification has not a Ct > 35 or undetermined. If a sample shows an undetermined USUV RNA and an internal control Ct > 35, this means that there have been problems in the extraction stage or in the retro-amplification stage; therefore the sample could be a false negative.

Repeat the sample. It can be considered valid the samples with a Ct > 35 for the internal control, and a high concentration of USUV RNA. In this case, the competitive nature of PCR reaction can hide or disadvantage the internal control amplification.

Detector VIC	Detector CY5	PCR Run	Sample
Ct undetermined	Ct > 35 or undetermined	Not Valid	repeat
Ct undetermined	Ct < 35	Valid	Negative
High Ct	Ct < 35	Valid	Positive
Low Ct	Ct > 35 or undetermined	Valid	HighPositive

PERFORMANCES

Analytical sensitivity:

It is considered as analytical sensitivity the highest dilution (titre) to which a positive sample can be diluted without the system losing the ability to detect with a positivity rate of ≥ 95%. The analytical sensitivity of the system was assessed by analyzing synthetic RNA, quantified by spectrophotometric analysis, containing the regions of interest (3'UTR) of the virus in serial dilutions.

Analytical sensitivity of **quanti Usutu** determined by Probit analysis

Probit Analysis	Manual Extraction Serum	EZ1 Automatic Extraction Serum	QIAasymphony Automatic Extraction Serum
cps/μl	1,27 cps/μl	285 cps/ml	381 cps/ml
			114,30 cps/ml

Probit Analysis	Manual Extraction Urine	EZ1 Automatic Extraction Urine	QIAasymphony Automatic Extraction Urine
cps/μl	1,27 cps/μl	285 cps/ml	254 cps/ml
			142,87 cps/ml

Analytical Specificity:

Test's specificity was guaranteed by the use of specific primers for Usutu Virus.

The alignment of the chosen regions for specific primers' hybridization for Usutu Virus with available sequences of the 3'UTR region present in database, demonstrated: their conservation, the absence of significant mutations for the analysed target.

Cross-Reactivity:

The exam of alignment of the region chosen for hybridization of primers specific for USUV with the sequences available in the bank data of the 3'UTR region showed their conservation, the absence of significant mutations and the complete specificity for the targets analyzed. To check the cross-reactivity of the assay, samples tested as positive for other viruses were analysed following the method instructions.

Sample	Positive sample	Obtained Results cps/ml
1	ZIKA	< 100
2	Dengue	< 100
3	Yellow Fever Virus	< 100
4	Chikungunya Virus	< 100
5	West Nile Virus	< 100

INTERFERENCES:

Verify that in the RNA extracted from the sample there is no contamination from mucoproteins and haemoglobin, to exclude possible inhibition of PCR reaction. The interference due to contaminants can be detected through a spectrophotometric analysis, verifying the ratio between the absorbance readings at 260 nm (maximum absorption of Nucleic Acids) and 280 nm (maximum absorption of Proteins). A pure RNA should have a ratio of approximately 2.

QUALITY CONTROL

It is recommended to include in each analytical run, as quality control of every extraction, amplification and detection step, an already tested negative and positive sample, or a reference material with known concentration.

In accordance with the Clonit srl ISO EN 13485 Certified quality Management System, each lot of **quanyt Usutu** is tested against predetermined specifications to ensure consistent product quality.

BIBLIOGRAPHY

Mattia Calzolari, Chiara Chiapponi, Paolo Bonilauri, Davide Lelli, Laura Baioni, Ilaria Barbieri, Antonio Lavazza, Stefano Pongolini, Michele Dottori, Ana Moreno. **Co-circulation of two Usutu virus strains in Northern Italy between 2009 and 2014**. Infection, Genetics and Evolution 51 (2017) 255–262

TECHNICAL ASSISTANCE

For any question and support please contact our Technical support:

e-mail: info@clonit.it

phone: +39 02 56814413



quany Usutu

Rilevazione e quantificazione del genoma di usutu Virus mediante Real Time PCR

[REV] ST.RT-20-ENITA.3

[REF] RT-20 - 48 tests

Istruzioni per l'uso

INTRODUZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto quany Usutu è un saggio quantitativo che consente la rilevazione e la quantificazione, mediante metodica Real Time PCR, della regione 3'UTR di Usutu Virus.

La procedura prevede il rilevamento dell'RNA target di interesse mediante una reazione di retro-amplificazione in micropietra. L'analisi dei risultati viene effettuata tramite uno strumento di Real Time PCR, composto da un thermal cycler provvisto di un sistema di rilevamento della fluorescenza.

COMPOSIZIONE

Il sistema contiene reagenti sufficienti per l'esecuzione di 48 test.

	Quantità	Descrizione
R1	3 x 10 µl	Enzyme mMix Reverse Transcriptase e Taq Polymerase enzymes (Tappo Rosa)
R2	3 x 270 µl	Usutu probe Mix Upstream primer, downstream primer, Target probe Usutu Virus (VIC), Internal Control (IC) probe (CY5), Nuclease-free water, ROX, dNTPs, Tris-HCl, KCl, MgCl ₂ (Tappo Bianco)
R3	3 x 35 µl	RNA sintetico corrispondente alla regione 3'UTR di Usutu a titolo noto 10 ⁵ copie/µl (Tappo Blu)
R4	3 x 35 µl	RNA sintetico corrispondente alla regione 3'UTR di Usutu a titolo noto 10 ⁴ copie/µl (Tappo Verde)
R5	3 x 35 µl	RNA sintetico corrispondente alla regione 3'UTR di Usutu a titolo noto 10 ³ copie/µl (Tappo Giallo)
R6	3 x 35 µl	RNA sintetico corrispondente alla regione 3'UTR di Usutu a titolo noto 10 ² copie/µl (Tappo Bianco)
R7	3 x 160 µl	Internal control (Fago MS2) (Tappo Rosso)
R8	1 x 50 µl	Controllo negativo

MATERIALE E STRUMENTAZIONE NECESSARIA MA NON FORNITA

Guanti senza polvere monouso in lattice o simili;
 Micropipette e puntali sterili con filtro incorporato per la prevenzione di aerosol;
 Vortex;
 Materiale plastico monouso sterile (Micropietra e pellicole ottiche adesive);
 Microcentrifuga da banco;
 Termoblocco (solo per estrazione manuale)
 EZ1 Advanced XL DSP Virus Card. - Ref. 9018703 - QIAGEN.
 ATL Buffer - Ref. 939016 - QIAGEN.
 2 ml Microtube PP Skirted - Ref. 72.694 - QIAGEN
 Materiale plastico QIASymphony (Filter Tips, sample prep Cartridges, 8 Rod covers, etc....)

Reagenti

Il kit **quany Usutu** è stato sviluppato e validato per essere utilizzato con i seguenti metodi di estrazione:

Estrazione Manuale

Ref. 52906. QIAmp Viral RNA Mini Kit

Il Sistema consente l'estrazione di RNA dai campioni in esame. Il kit contiene reagenti utili per 250 estrazioni (QIAGEN).

Estrazione Automatica

Ref. 62724. EZ1 XL DSP Virus Kit

Il kit permette l'estrazione automatica dell'RNA virale da campioni umani. Il kit contiene reagenti utili per 48 estrazioni. (QIAGEN).

Ref.937055. QIASymphony® DSP Virus/Pathogen midi kit.

Il Sistema consente l'estrazione di RNA virale da campioni di Urine o Siero. Il kit contiene reagenti utili per 96 estrazioni (QIAGEN).

STRUMENTAZIONE

Il kit **quany Usutu** è stato sviluppato e validato per essere utilizzato con i seguenti strumenti:

Sistema di Estrazione

Ref. 9001492. EZ1 Advanced XL. Robotic Workstation per la purificazione automatica degli acidi nucleici fino a 14 campioni simultaneamente (QIAGEN).

Estrazione Automatica

Ref. 9001297. QIASymphony SP. Robotic Workstation per la purificazione automatica degli acidi nucleici. (QIAGEN).

Real Time PCR

Il kit **quany Usutu** è stato sviluppato e validato per essere utilizzato con i seguenti strumenti di real time PCR:

- 7500 Fast fornito da Lifetechnologies
- Rotor Gene Q MDx fornito da QIAGEN
- Light Cycler 480 fornito da Roche

Assicurarsi che gli strumenti siano stati correttamente installati, calibrati e controllati con la manutenzione tecnica appropriata in accordo con le istruzioni del produttore.

CAMPIONI

Il prodotto **quany Usutu** è progettato per essere utilizzato con RNA estratto dai seguenti campioni biologici: **Siero e Urine**. I campioni raccolti devono essere trasportati e conservati a +2-+8°C ed utilizzati entro 3 giorni dalla data del prelievo. Conservare il campione a -20°C se utilizzato dopo 3 giorni.

PRECAUZIONI D'USO

- Questo kit è per la diagnostica in vitro (IVD), solo per uso professionale e non per uso in vivo.
- Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il kit.
- Se richiesto, Clonit offre il supporto tecnico necessario per il corretto utilizzo del kit.
- In conformità con la Buona Pratica di Laboratorio, definire tre aree separate del laboratorio per: estrazione del RNA, preparazione della miscela di reazione PCR; manipolazione dei comandi forniti con il kit. Ogni area deve avere pipette dedicate e cappa a flusso laminare.
- Pulire periodicamente l'area di lavoro con ipoclorito allo 0,5%.
- Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio e guanti monouso durante l'analisi dei campioni.
- Utilizzare guanti senza polvere. Non lasciare impronte sui tappi ottici. Non scrivere sui tappi in quanto ciò potrebbe causare un'interferenza con il rilevamento fluorescente.
- Evitare qualsiasi contatto tra le mani e gli occhi o il naso durante la raccolta e l'analisi dei campioni.
- I materiali contenenti o potenzialmente contenenti agenti infettivi devono essere sempre manipolati in una stanza di sicurezza microbiologica separata sotto una cappa biologica a rischio biologico. I rifiuti devono essere smaltiti secondo la legge locale.
- Non pipettare mai le soluzioni con la bocca.
- Utilizzare esclusivamente pipette e strumenti calibrati e regolarmente controllati.
- Evitare le bolle d'aria durante l'erogazione della master mix. Eliminarli prima di iniziare l'amplificazione.
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver maneggiato campioni e reagenti.
- Non mangiare, bere o fumare nell'area in cui vengono manipolati i campioni e reagenti del kit.
- I reagenti forniti non sono infettivi e pericolosi per la salute (vedere la scheda di sicurezza del materiale - MSDS).

LIMITI DEL METODO

L'estrema sensibilità dell'amplificazione genica può causare falsi positivi a causa della contaminazione incrociata tra campioni e/o controlli. Pertanto, si consiglia di:

- separare fisicamente tutti i prodotti e reagenti utilizzati per le reazioni di amplificazione da quelli utilizzati per le altre reazioni, nonché dai prodotti di post-amplificazione;
- utilizzare puntali con filtri per prevenire la contaminazione incrociata tra i campioni;
- usare guanti monouso e cambiarli frequentemente;
- aprire accuratamente le provette per evitare la formazione di aerosol;
- chiudere ogni provetta prima di aprirne un'altra.

Come per qualsiasi dispositivo diagnostico, i risultati ottenuti con questo prodotto devono essere interpretati tenendo in considerazione tutti i dati clinici e gli altri test di laboratorio disponibili per il paziente.

Come con qualsiasi dispositivo diagnostico, con questo prodotto esiste un rischio residuo di ottenere risultati non validi, falsi positivi o falsi negativi.

Il trattamento farmacologico può interferire con il risultato finale dell'analisi di biologia molecolare.

Il corretto funzionamento della miscela di amplificazione dipende dalla corretta raccolta, corretto trasporto, corretta conservazione e corretta preparazione di un campione biologico.

I risultati ottenuti utilizzando il prodotto devono essere interpretati considerando tutti i dati clinici e laboratoristici legati al paziente. Come per qualunque altro dispositivo diagnostico, esiste un rischio residuo di ottenere risultati non validi che non può essere eliminato o ridotto ulteriormente.

AVVERTENZE

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo test.
- Utilizzare solo RNA estratto da Siero e/o Urine
Non mischiare reagenti di lotti diversi.
Scongellare e mescolare accuratamente i reagenti del kit prima dell'uso.
La miscela PCR deve essere preparata fresca ogni volta.
Dopo la ricostituzione, la miscela di amplificazione deve essere utilizzata in una sola volta (16 reazioni). Evitare di ripetere lo scongelamento e il congelamento dei reagenti (più di due volte), poiché ciò potrebbe influire sulle prestazioni del test.
- I singoli reagenti devono essere congelati in aliquote, se devono essere utilizzati in modo intermittente.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza che appare sull'etichetta della confezione.
- Non utilizzare il prodotto se conservato a temperature diverse da quelle indicate sulle etichette o descritte nelle presenti Istruzioni per l'uso.
- In caso di fuoriuscita del contenuto del kit, fare riferimento alla specifica Scheda di Sicurezza del Materiale (MSDS, disponibile su richiesta).
- In caso di pacco danneggiato, contattare il supporto tecnico prima di utilizzare il kit.
- In caso di incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere notificato un avviso al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Conservare il prodotto **quany Usutu** a -20°C .

quany Usutu viene spedito in ghiaccio secco. I componenti del kit dovrebbero arrivare congelati.

Se uno o più componenti non sono congelati al ricevimento, o se i tubi sono stati compromessi durante il trasporto, contattare Clonit srl per l'assistenza. Il prodotto integro e correttamente conservato ha una stabilità di 12 mesi dalla data di produzione. Non utilizzare oltre la data di scadenza riportata sulla scatola. Il congelamento e scongelamento dei reagenti più di due volte dovrebbero essere evitati, in quanto questo potrebbe influire sulle prestazioni del test. I singoli reagenti devono essere congelati in aliquote, se devono essere utilizzati in modo intermittente.

PROCEDURA ANALITICA

Estrazione Manuale

Ref. 52906. *QIAmp Viral RNA Mini Kit*

Procedure da Siero e Urine

Volume richiesto per campione: 200 μl

Seguire le istruzioni riportate nel kit *QIAmp Viral RNA Mini Kit*.

Dopo il periodo di incubazione per 10 min a temperatura ambiente aggiungere 5 μl di Internal control.

Procedere seguendo le istruzioni riportate nel kit

Eluire il campione 45 μl di buffer AVE.

Estrazione Automatica

Ref. 62724. *EZ1 XL DSP Virus Kit*

Procedure da Siero

Seguire le istruzioni riportate nel kit *EZ1 XL DSP Virus Kit*.

Volume di campione da utilizzare:

Siero [μl]
200

Preparazione del Carrier e del Controllo Interno

Dissolvere completamente il carrier RNA (CARRIER) liofilizzato nel tampone di eluizione (AVE) da 310 µl, dividerlo in aliquote di dimensioni opportune e conservare a $-20 \pm 5^\circ\text{C}$. Non congelare-decongelare le aliquote più di 2 volte.

Per ogni campione elaborato, diluire 3,6 µl di una soluzione madre contenente il carrier RNA (CARRIER) e 10 µl di Internal Control in un volume totale di 60 µl utilizzando tampone di eluizione (AVE).

Seguire le istruzioni riportate nel manuale del kit EZ1® DSP Virus.

Procedure da Urina

Il presente protocollo è destinato al pretrattamento di campioni di urina prima della purificazione degli acidi nucleici:

Urina [µl]	ATL [µl]	Volume finale campioni [µl]
300	100	400

Preparazione del Carrier e del Controllo Interno

Dissolvere completamente il carrier RNA (CARRIER) liofilizzato nel tampone di eluizione (AVE) da 310 µl, dividerlo in aliquote di dimensioni opportune e conservare a $-20 \pm 5^\circ\text{C}$. Non congelare-decongelare le aliquote più di 2 volte.

Per ogni campione elaborato, diluire 3,6 µl di una soluzione madre contenente il carrier RNA (CARRIER) e 10 µl di Internal Control in un volume totale di 60 µl utilizzando tampone di eluizione (AVE). Seguire le istruzioni riportate nel manuale del kit EZ1® DSP Virus. Selezionare il protocollo con volume iniziale di campione a 400 µl e volume di eluizione a 60 µl. Il campione così preparato può essere utilizzato subito oppure conservato a -20°C .

Estrazione Automatica

Ref.937055 QIASymphony® DSP Virus/Pathogen midi kit.

Procedure da Siero e Urina

Seguire le istruzioni riportate nel kit QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi. Aggiungere nelle 2 ml Microtube PP Skirted i seguenti volumi di campioni:

Siero [µl] (Incluso volume in eccesso)
1200

Selezionare il protocollo **Cellfree1000_V7_DSP_default_IC**.

Urine [µl] (Incluso volume in eccesso)
950

Selezionare il protocollo **Complex800_V6_DSP_default_IC**.

Volume di eluizione selezionato

Volume di eluizione selezionato (µl)	Volume di eluizione iniziale (µl)
60	90

Preparazione del Carrier.

Dissolvere completamente il carrier RNA (CARRIER) liofilizzato in 1350 µl di tampone di eluizione (AVE) per ottenere una concentrazione finale di 1 µg/µl. Dividerlo in aliquote di dimensioni opportune e conservare a $+2 \pm 8^\circ\text{C}$ per un tempo non superiore alle 2 settimane.

Preparazione del Controllo interno

Per campioni di Siero, diluire 10 µl di internal controls con RNA(CARRIER)-Buffer AVE (AVE) in un volume totale di 120 µl, per ogni campione da estrarre, nelle concentrazioni seguenti:

elution volume (µl)	RNA CARRIER (µl)	internal control (µl)	Buffer AVE (µl)	Volume finale (µl)
60	4,5	10	105,5	120

Per campioni di Urina, diluire 10 µl di internal controls con RNA(CARRIER)-Buffer AVE (AVE) in un volume totale di 120 µl, per ogni campione da estrarre, nelle concentrazioni seguenti:

elution volume (µl)	RNA CARRIER (µl)	internal control (µl)	Buffer AVE (µl)	Volume finale (µl)
60	2,5	10	107,5	120

Il controllo interno verrà aggiunto al campione automaticamente dallo strumento.

IMPOSTAZIONI DEL SOFTWARE

Lifetechnologies 7500 fast

Accendere lo strumento, il computer ed avviare il software di controllo. Dalla schermata principale del software cliccare sul bottone "Advanced Setup": di default il software vi mostra la pagina "experiment properties". Digitare nella finestra "experiment name" il nome con il quale verrà salvato l'esperimento. Scegliere il tipo di strumento che si utilizza (7500 o 7500fast), scegliere il tipo di esperimento (quantitation-standard curve), il tipo di reagenti utilizzati (Taqman®reagents) ed il tempo di reazione (Standard ≈ 2 hours to complete a run).

Aprire la pagina "page setup" (sheet Define Target and Samples).

Nella finestra "Define Targets" impostare:

Target	Reporter	Quencher
Usutu probe:	VIC	MGBNFQ
Internal Control (IC) probe:	CY5	None

Nella finestra "Define Samples" impostare il nome dei campioni in analisi.

Sempre nella pagina "plate setup" selezionare lo sheet "Assign Target and Samples": comparirà nella vostra schermata la piastra schematizzata.

Scegliere una zona della piastra dove verranno posizionati i controlli: selezionare i pozzetti della piastra ed impostare i target (Usutu e IC). Selezionare nello spazio "Assign target to selected wells" il "task Standard (S)" per il target usutu ed impostare le concentrazioni dei controlli. Scegliere una zona della piastra dove verrà posizionato il controllo negativo: selezionare nello spazio "Assign target to selected wells" il "task Negative (N)" per i target. Scegliere una zona della piastra dove verranno posizionati i campioni: selezionare i pozzetti della piastra ed impostare i target (Usutu e IC). Associare ad ogni pozzetto un campione in analisi mediante la finestra "Assign samples to selected wells". Selezionare per ciascun campione nell'apposito spazio "Assign targets to selected wells" il "task UnKnown (U)" per i target. Impostare come passive reference, utilizzato come normalizzatore della fluorescenza rilevata, il ROX. Aprire la pagina "Run Method" (sheet Graphic View)

Impostare il ciclo termico corretto selezionando "collect data" nella fase di annealing:

cicli	denaturazione	annealing	Estensione
1	50° C 40 min		
1	95° C 2 min		
45	95° C 15 sec	58° C 45 sec	72° C 15 sec

Nella finestra "Reaction volume plate per well" impostare il volume di 30 µl.

Non appena preparata la piastra, e dopo averla correttamente inserita nello strumento, premere il pulsante "Start Run".

Rotor Gene Q MDx

Nuovi esperimenti possono essere impostati utilizzando la procedura guidata di avvio rapido o la procedura guidata avanzata, che appare quando il software viene avviato. Selezionare la procedura guidata "Advanced". Come primo passo, selezionare il modello "Two Step Reaction" con un doppio clic nella finestra "New Run". Nella finestra successiva, selezionare il tipo di rotore montato sullo strumento dalla lista che appare. Controllare il "Locking Ring Attached" spuntare la casella di controllo e quindi fare clic su "Avanti". Inserire il nome dell'operatore e il volume di reazione di 30 µl e fare clic su "Avanti". Nella finestra successiva fare clic su "edit profile". Impostare ciclo termico seguente:

cicli	denaturazione	annealing	Estensione
1	50° C 40 min		
1	95° C 2 min		
45	95° C 15 sec	58° C 45 sec	72° C 15 sec

Selezionare la fase di annealing dal profilo termico e fare clic su "Acquiring to cycling A". Nella finestra successiva, selezionare il giallo e il rosso da available channel e aggiungerlo a acquiring channel insieme al canale verde e fare clic su "ok". Cliccare sul pulsante "Edit Gain" ed impostare i seguenti valori per i canali interessati:

Reporter	Gain
Yellow	5
Red	8

Nella finestra successiva fare clic su "ok" e poi su "Avanti". Per avviare la corsa, fare clic sul pulsante "Start Run". E' anche possibile salvare il modello prima di iniziare la corsa facendo clic su "Save Template". Dopo aver fatto clic sul pulsante "Start Run", viene visualizzata la finestra "Save As". La corsa può essere salvata nella posizione desiderata dall'utente. Una volta che la corsa è iniziata, la finestra "Edit Samples" permette di impostare il nome di campioni e controlli nelle posizioni in cui sono stati caricati sullo strumento. Selezionare le posizioni dove sono stati posizionati i controlli a concentrazione nota e nominarli come Usutu Standard. Cliccando sulla casellina "Type" corrispondente, nel menu a tendina "Samples" è possibile selezionare il tipo di campione che si sta analizzando. Selezionare "Standards". Inserire le concentrazioni dei controlli. Selezionare la posizione dove è stato posizionato il controllo Negativo e nominarla come Negative Control. Cliccando sulla casellina "Type" corrispondente, nel menu a tendina "Samples" è possibile selezionare il tipo di campione che si sta analizzando. Selezionare "Negative Controls" Selezionare la posizione di ogni singolo campione ed inserire il nome o il codice del paziente. Cliccando sulla casellina "Type" corrispondente, nel menu a tendina "Samples" è possibile selezionare il tipo di campione che si sta analizzando. Selezionare "Unknown" Al termine delle operazioni cliccare "OK" nella finestra "edit samples" e attendere il termine della corsa per l'analisi (vedi "Interpretazione dei risultati").

LightCycler 480

Accendere lo strumento, accendere il computer ed avviare il software di controllo. Nella schermata principale, selezionare "Plate type" da "Experiment Creation" e premere il bottone "New experiment". Viene visualizzata la finestra "experiment". Dalla schermata "Run protocol" impostare: Thermal protocol, Reaction volume (30µl) e Detection format (dual colour hydrolysis probe). Customize il Detection format in modalità Dynamic, con i seguenti canali di lettura:

Filter Combination
VIC / HEX / Yellow555 (533-580)
Cy 5 / Cy 5.5 (618-660)

Impostare il seguente profilo termico, con acquisizione del segnale di fase di annealing.

Cicli	Denaturazione	Annealing	Estensione
1	50° C 40 min		
1	95° C 2 min		
45	95° C 15 sec	58° C 45 sec	72° C 15 sec

Premere il pulsante "Subset editor" ed, in questa finestra, selezionare un'area della piastra dove verranno posizionati i controlli e i campioni. Premere il pulsante "Sample Editor". Selezionare il flusso di lavoro corretto (Step1: quantificazione Abs), scegliere i campioni caricati nel Subset editor creato nella fase precedente ed inserire il nome corrispondente ad ogni pozzetto. Scegliere il tipo corretto di ogni pozzetto utilizzato: Standard/Calibratore, Controllo negativo o campione incognito.

Premere di nuovo il tasto "esperimento", inserire la piastra nello strumento e premere "start run"

ALLESTIMENTO DELLE REAZIONI:

Scongelare una provetta di Enzyme mMix;

Scongelare una provetta di Usutu probes Mix;

Miscelare accuratamente mediante vortex 9µl di Enzyme mMix e 260µl di Usutu probes Mix (la miscela così prodotta e' sufficiente per l'esecuzione di 16 reazioni di amplificazione: 5 controlli positivi, 1 controllo negativo ed 10 campioni).

Per un numero totale di test diverso da 16, preparare una miscela per n+1 test, seguendo i volumi riportati in tabella:

Reagente	Descrizione	Volume per singolo Test (µl)
R1 -	Enzyme mMix	0,5
R2	Usutu probes Mix	14,5

Dispensare, nella piastra di amplificazione, 15µl della miscela appena ricostituita nelle posizioni prescelte e già predisposte sul software dello strumento.

Dispensare, nella posizione del controllo negativo, 15µl di soluzione prelevata dalla vial controllo negativo.

Dispensare, nelle posizioni predefinite per ciascun campione, 15µl del campione corrispondente.

Dispensare, nelle posizioni predisposte per i controlli positivi, 15µl di soluzione 10² copie/µl, 10³ copie/µl, 10⁴ copie/µl e 10⁵ copie/µl e per il controllo positivo di Usutu Sigillare accuratamente la piastra mediante l'utilizzo di optical adhesive film e verificare che, nella miscela, non vi siano bolle d'aria che possano interferire con l'amplificazione. Per lo strumento Rotor-geneQ 5/6 plex, sigillare accuratamente ogni tubo con i tappi appropriati. La presenza di bolle d'aria non sono influenti: la forza centrifuga del rotore ne permetterà l'automatica eliminazione. Trasferire la piastra nello strumento e premere il pulsante "Run".

ANALISI QUANTITATIVA Lifetechnologies 7500 Fast

Al termine della corsa di PCR, il software apre automaticamente la finestra "Analysis" nella sezione "Amplification plot" posta nel Menu a sinistra. Selezionare dalla piastra i pozzetti corrispondenti ai controlli positivi, al controllo negativo ed ai campioni in analisi. Selezionare nella finestra "Option" il Menu a tendina "Target" e impostare Usutu. Controllare il corretto settaggio del threshold. Selezionare nella finestra "Option" il Menu a tendina "Target" e impostare IC Control. Controllare il corretto settaggio del threshold. L'analisi dei risultati si gestisce selezionando nel menù a sinistra la pagina "Analysis". Dalla sottopagina "Standard Curve", mantenendo aperta nella parte destra del software lo sheet "view well plate", selezionare i pozzetti contenenti i punti della curva e verificare i parametri descritti nel paragrafo "Interpretazione dei Risultati" (coefficiente di correlazione, slope ecc...). Dalla sottopagina "Amplification Plot" verificare le curve di amplificazione di ogni singolo campione. Aprendo lo sheet "view well table" nella parte destra del software è possibile verificare i dati ottenuti dagli esperimenti: Threshold Cycles, Fluorescenze emesse e ovviamente la Quantificazione del target Usutu espressa in copie/reazione o copie/ml in funzione di come è stata impostata la curva di calibrazione. Cliccando dal menù file e selezionando il comando export si aprirà la finestra "export properties". Indicare il nome del file, selezionare la posizione in cui salvarlo (Browse) e cliccare il pulsante "Start export". In questo modo il software consentirà di salvare un file Excel con tutti i dati relativi all'esperimento selezionato

Rotor Gene-Q MDx

Al termine della corsa di PCR aprire la finestra "Analysis". Selezionare lo sheet "Quantification" e fare doppio clic spuntando la voce "cycling A (yellow)". Eliminare i primi 10 cicli di amplificazione dall'analisi selezionando il bottone "Ignore First" e impostando il valore 10. Controllare il corretto settaggio del threshold nell'apposito spazio "CT calculation - Threshold" ed eliminare i primi 10 cicli dall'interpolazione del Threshold inserendo il valore 10 nella casella "Eliminate Cycles Before". Cliccare il tasto "Dynamic Tube" e successivamente "Slope correct". Se necessario, ridurre il rumore di fondo dei segnali specifici selezionando "Outlier Removal" e applicando un valore tra il 5% e il 30%. Ripetere lo stesso procedimento per il canale "cycling A (red)". Se necessario, ridurre il rumore di fondo dei segnali specifici selezionando "Outlier Removal" e applicando un valore tra il 5% e il 30%. È possibile stampare un report dell'analisi cliccando sulla finestra "Report" e selezionando nella sezione Quantification prima il file cycling A (yellow) e successivamente il file cycling A (red)".

LightCycler 480

Al completamento della corsa, selezionare analisi e scegliere il corretto tipo di analisi che si desidera effettuare: "Abs Quant/Fit Points". Scegliere il "samples subset" che si desidera analizzare. Selezionare lo sheet "NoiseBand", sotto il grafico si può scegliere "NoiseBand (Fluoresc.)" e spostare la linea del NoiseBand direttamente dal grafico. Ripetere questa azione per ogni fluoroforo con il pulsante "Filter comb". Cliccando il foglio "Analysis" è possibile impostare il valore del Threshold scegliendo l'opzione "Threshold (manuale)". Dopo aver impostato i parametri di premere il tasto "Calculate". Ripetere questa azione per ogni fluoroforo.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Grazie alla reazione di Real Time PCR è possibile fornire la quantificazione dell'RNA di Usutu Virus mediante la corretta impostazione dei valori dei controlli positivi che costruiscono la curva di calibrazione. Tale impostazione deve considerare tutte le diluizioni ed i passaggi che il campione subisce durante le fasi d'estrazione e di amplificazione. Il sistema è in grado di rilevare da 1.500.000 a circa 15 copie di RNA per reazione. I valori dei Ct ottenuti dall'amplificazioni dei 4 controlli a titolo noto vengono utilizzati dal software per il calcolo della curva di calibrazione su cui vengono interpolati i campioni incogniti. Un corretto funzionamento della miscela di amplificazione può essere verificato analizzando i seguenti parametri:

Parametro	Riferimento
RTS conc. 10 ⁵ copie/μl (VIC)	Ct ≤ 25
Coefficiente di correlazione	0,990 ≤ r ² ≤ 1
Slope	-3,6 ≤ Slope ≤ -3.1
Efficienza di PCR	90 ≤ Efficienza ≤ 110

Se il risultato della reazione di amplificazione del RTS alla concentrazione di 10⁵ copie produce un Ct > 25 o undetermined la sessione non può essere considerata valida e deve essere ripetuta. Verificare se i valori del coefficiente di correlazione (r²), della slope, e quindi dell'efficienza di reazione rientrano nei limiti indicati in tabella o che non si discostino molto da essi, in quanto rappresentano il range ideale per una reazione di PCR ottimale. In funzione del sistema di estrazione, si può ottenere direttamente la quantificazione del target in copie/ml impostando le seguenti concentrazioni per gli standard:

	Estrazione Manuale Ref. 52906. QIAmp Viral RNA Mini Kit	Estrazione Automatica Ref. 6272 EZ1 XL DSP Virus Kit		Estrazione Automatica Ref. 937055 QIA Symphony [®] DSP Virus/Pathogen midi kit		Estrazione Alternativa
	copies/ml	Serum copies/ml	Urine copies/ml	Serum copies/ml	Urine copies/ml	copies/reaz
RTS 1	22.500.000	30.000.000	20.000.000	9.000.000	11.250.000	1.500.000
RTS 2	2.250.000	3.000.000	20.000.000	900.000	1.125.000	150.000
RTS 3	225.000	300.000	20.000.000	90.000	112.500	15.000
RTS 4	22.500	30.000	20.000.000	9.000	11.250	1.500

In questo caso, la concentrazione del campione espressa in copie/ml potrà essere ricavata utilizzando la formula seguente:

$$\text{copie/ml} = \frac{1000}{V_e} \times \frac{E_v}{E_a} \times C_{\text{reaz}}$$

dove:

- **Ve**: Volume del campione estratto, espresso in μl
- **Ev**: Volume in cui il campione viene eluito durante la fase di estrazione, espresso in μl
- **Ea**: Volume di campione estratto utilizzato per l'amplificazione, espresso in μl
- **C_{reaz}**: copie fornite dallo strumento.

I risultati ottenuti con questo saggio devono essere interpretati considerando tutti i dati clinici e gli altri esami di laboratorio relativi al paziente. L'utilizzo del controllo positivo e negativo all'interno di ogni sessione di amplificazione consente di verificare il corretto funzionamento della miscela e l'assenza di possibili contaminazioni. Nelle reazioni di amplificazione di ciascun campione, i valori di Ct della sonda specifica per il controllo interno vengono utilizzati per convalidare la sessione d'analisi a partire dal processo di estrazione sino alla fase di detection. Assicurarsi che la fluorescenza emessa dall'amplificazione del controllo interno non presenti un Ct > 35 o undetermined. Se un campione presenta Ct Usutu RNA undetermined e Ct del controllo interno > 35 significa che si sono verificati problemi nella fase di estrazione o nella fase di retro-amplificazione e quindi il campione potrebbe essere un falso negativo. **Ripetere il campione.** Possono essere considerati validi i campioni che presentano un Ct > 35, per quanto riguarda il controllo interno, ed una concentrazione di Usutu RNA elevata. In questo caso, la natura competitiva della reazione di PCR può nascondere o sfavorire l'amplificazione del controllo interno.

Detector VIC	Detector CY5	Saggio	Campione
Ct undetermined	Ct > 35 o undetermined	Non valido	Da ripetere
Ct undetermined	Ct < 35	Valido	Negativo
Ct alto	Ct < 35	Valido	Positivo
Ct basso	Ct > 35 o undetermined	Valido	Forte Positivo

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Sensibilità analitica:

Ai fini della presente valutazione, viene considerata sensibilità analitica la maggiore diluizione (titolo) a cui un campione positivo può essere diluito senza che il sistema perda la capacità di rilevarlo come positivo con un rate $\geq 95\%$. La sensibilità analitica del sistema è stata valutata analizzando RNA sintetico quantificato mediante analisi spettrofotometrica, contenente la regione di interesse del virus (3'UTR) in diluizioni scalari.

Probit Analysis		Estrazione Manuale Serum	EZ1 Estrazione Automatica Serum	QIASymphony Estrazione Automatica Serum
cps/ μ l	1,27 cps/ μ l	285 cps/ml	381 cps/ml	114,30 cps/ml

Probit Analysis		Estrazione Manuale Urine	EZ1 Estrazione Automatica Urine	QIASymphony Estrazione Automatica Urine
cps/ μ l	1,27 cps/ μ l	285 cps/ml	254 cps/ml	142,87 cps/ml

Specificità Analitica:

La specificità del test è garantita dall'utilizzo di primers specifici per la determinazione di Usutu virus.

L'esame di allineamento delle regioni scelte per l'ibridazione dei primers specifici per Usutu con le sequenze disponibili in banca dati della regione 3'UTR ha dimostrato la loro conservazione, l'assenza di mutazioni significative per il target analizzato.

Cross-Reattività:

L'esame di allineamento delle regioni scelte per l'ibridazione dei primers specifici per Usutu con le sequenze disponibili in banca dati della regione 3'UTR ha dimostrato la loro conservazione, l'assenza di mutazioni significative e la completa specificità per il target analizzato. E' stata inoltre effettuata un'analisi su campioni positivi per altri virus ed il test è stato eseguito seguendo le indicazioni riportate nella metodica.

Campioni	Campioni positivi	Risultato ottenuto cps/ml
1	ZIKA	< 100
2	Dengue	< 100
3	Yellow Fever Virus	< 100
4	Chikungunya Virus	< 100
5	West Nile Virus	< 100

INTERFERENZE

Verificare che nell'RNA estratto dal campione di partenza non vi siano presenti mucoproteine ed emoglobina in modo da escludere eventuali inibizioni nella reazione di PCR. L'interferenza dovuta a contaminanti può essere evidenziata mediante l'analisi spettrofotometrica e rapporto dei dati ottenuti a 260 nm (Assorbimento massimo Acidi Nucleici) e 280 nm (Assorbimento massimo Proteine). Un RNA puro dovrebbe avere un rapporto di circa 2.

CONTROLLO QUALITA'

Si consiglia inoltre di inserire come controllo di qualità interno di ciascuna sessione di estrazione, amplificazione e rilevamento un campione negativo ed un campione positivo già testati in precedenza o materiale di riferimento a titolo noto. Ogni lotto di **quany Usutu** è stato prodotto seguendo specifiche predeterminate al fine di garantire la conformità con il sistema di gestione della qualità certificato ISO EN 13485.

BIBLIOGRAFIA

Mattia Calzolari, Chiara Chiapponi, Paolo Bonilauri, Davide Lelli, Laura Baioni, Ilaria Barbieri, Antonio Lavazza, Stefano Pongolini, Michele Dottori, Ana Moreno. **Co-circulation of two Usutu virus strains in Northern Italy between 2009 and 2014**. Infection, Genetics and Evolution 51 (2017) 255-262

ASSISTENZA TECNICA

Per ogni domanda o per assistenza contattare il nostro servizio tecnico:

e-mail: info@clonit.it

phone: +39 02 56814413

Legenda dei Simboli Utilizzati Key to symbols used			
	Codice del prodotto <i>Catalogue number</i>		Limitazioni di temperatura <i>Temperature limitation</i>
	Dispositivo medico diagnostico in vitro <i>In Vitro Diagnostic Medical Device</i>		Revisione <i>Revision</i>
	Numero di lotto <i>Batch code</i>		Leggere le istruzioni d'uso <i>Consult instructions for use</i>
	Data di scadenza <i>Use by</i>		Sufficiente per un <n> di test <i>Contains sufficient for <n> tests</i>
	Fabbricante <i>Manufacturer</i>		Conforme ai requisiti della Direttiva 98\79\CE <i>According to 98/79/CE Directive</i>



CLONIT S.r.l.

Headquarter: Via Varese 20 – 20121 Milano

Production Site: Via Umberto Saba 25 - 20081 Abbiategrasso (MI)

Tel. + 39. (0)2.56814413 fax. +39. (0)2.56814515

www.clonit.it - info@clonit.it



for *in vitro* diagnostic use